



Znak: ZP/16/2015

Otwock-Świerk, dnia 31.03.2015r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy części V

Mechanizm krzesła umożliwia regulację wysokości w zakresie min. 800mm (...)"

Czy nie wdarł się tu błąd i wartość 800mm nie powinna zostać zastąpiona przez 80mm ?

Odpowiedź:

Tak, prawidłowa regulacja wysokości krzesła wynosi 80 mm. Odpowiednie zmiany zawiera załącznik Nr 1 część 5 do SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy części V

Oferowane przez nas listwy zasilające spełniają normę EN 60439-1 oraz EN 60439-3.

Nie posiadamy certyfikatu spełniania przez nie normy, o której mowa w Państwa specyfikacji (PN-IEC 60364-4-41).

Czy możliwe jest dostarczenie certyfikatów potwierdzających spełnienie norm EN 60439-1 oraz EN 60439-3 ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiednie zapisy w SIWZ. W załączeniu SIWZ po zmianie z dnia 31.03.2015r.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


mgr Marek Juszczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)